

## 1 Ocak 2019'dan itibaren kullanıma giren yeni S, I ve R terimlerine ilişkin açıklama:

Bakterileri laboratuvar raporunda Duyarlı (S), Orta (I) veya Dirençli ( R) olarak bildiriniz.

I olan izolatlar, “ilaçla artmış temasta duyarlı” olarak bildirilmelidir.

Değişiklik öncesinde “duyarlı olmayan” izolatları belirtmek amacıyla I ve R kategorileri birlikte gruplandırılmaktayken, bu değişiklik sonrasında S ve I kategorileri duyarlı izolatları, R kategorisi ise dirençli izolatları belirtir hale gelmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: Gunnar Kahlmeter'in açıklayıcı videosu <https://www.youtube.com/watch?v=GXIpwj5f11k&t=1s> linkinden izlenebilir.